

MODEL	TEN 250					
VERSION	TENS/EMS-Gerät					
INHALT	1 x Tens/EMS-Gerät mit Clip 2 x Verbindungskabel für 4 Elektrodenpads 8 x Klebeelektroden 4 x 1,5V AAA-Microbatterien 1 x Gebrauchsanweisung					
AUSSTATTUNG	▶ Nervenstimulation durch Reizstrom ▶ Muskelstimulation durch Reizstrom ▶ Massageprogramme ▶ 2-Kanäle mit einstellbarer Intensität ▶ 6 Direktbuttons für Accessoires ▶ LED-Anzeige für jeden Kanal ▶ Gesamt 66 Programme, davon: ▶ 25 feste Anwenderprogramme im TENS-Bereich ▶ 11 einstellbare Anwenderprogramme im TENS-Bereich ▶ 11 feste Anwenderprogramme im EMS-Bereich ▶ 9 einstellbare Anwenderprogramme im EMS-Bereich ▶ 10 feste Massageprogramme ▶ Blaue Display-Hintergrundbeleuchtung ▶ Programmgesteuerter Frequenzbereich 2-150 Hz ▶ 24 Monate Gewährleistung					
BESCHREIBUNG	Natürliche Schmerzbehandlung durch Tensanwendung Das Gerät setzt elektrische Ströme im Niederfrequenzbereich zur Therapie ein. Durch die aufgeklebten Hautklebeelektroden werden die elektrischen Impulse durch das Nervensystem und die Muskulatur geleitet. Der Strom fließt von der positiven (+) Klebeelektrode (mit dem roten Stecker) zur negativen (-) Klebeelektrode (mit dem weißen Stecker). Durch dieses Verfahren wird bei einer angewendeten Schmerztherapie die Schmerzzuleitung zum Gehirn beeinflusst. Der Anwender nimmt den Schmerz nicht mehr oder nur noch vermindert wahr.					
PROGRAMME		TENS PROGRAMME		EMS PROGRAMME		MASSAGE
	Bereich	fest	einstellbar	fest	einstellbar	fest
	Hand	3	1	./.	./.	./.
	Fuß	3	1	./.	./.	./.
	Nacken	3	1	./.	./.	./.
	Ellenbogen	3	1	./.	./.	./.
	Knie	3	1	./.	./.	./.
	Rücken	3	1	./.	./.	./.
	Allgemein	7	5	11	9	10
TECHNISCHE DATEN	▶ Abmessungen ▶ Gewicht ▶ Stromversorgung ▶ Frequenz ▶ Impulsstärke ▶ Impulsbreite ▶ Impulsspannung ▶ Klebeelektroden ▶ Betriebstemperatur ▶ Elektr. Toleranzen ▶ CE 0123		ca. 115 x 60 x 25 mm ca. 100g (ohne Batterien) 6V DC, 4x AAA Batterien 2-150 Hz 0 - 90 mA; max. bei 1000 Ohm Last 50 - 350 Mikrosekunden unter 180V bei einer Last von 500 Ohm pro Kanal 40x40 mm 5°C bis 40° C +/- 20% bei 1000 Ohm Last gem. EU-Richtlinie 93/42 EWG für Medizinprodukte			