

KERN MPD250K100M

Professionelle Step-On-Personenwaage mit Eich- und Medizinzulassung



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	2500
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	100 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	200 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	100 g
Reproduzierbarkeit:	100 g
Wägebereich [Max]:	250 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	100 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	2 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	20 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	40 h
Akkuladezeit:	12 h
Batterie:	6x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	20 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

n/a:	Netzadapter extern
------	--------------------

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK
-----------------------------------	------------

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Personenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	560 x 440 x 200 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	10,400 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	8,960 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	200 x 130 x 60 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	365 x 360 x 80 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Stahl lackiert
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	365 x 490 x 120 mm

KERN MPD250K100M

Professionelle Step-On-Personenwaage mit Eich- und Medizinzulassung



Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Kunststoff

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY





REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN

EICH- UND BESCHUSSWESEN BADEN-WÜRTTEMBERG

Office of Legal Metrology of the State of Baden-Württemberg (Germany)

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Eichschein

Verification certificate



Nummer

Number

AL-16-KW-00452

Gegenstand

Object

Nichtselbsttätige Waage
der Genauigkeitsklasse III
Mindestlast: 100g
Höchstlast: 15000g, e = 5g
Typ: RPB 15K5NM
Fab.Nr.: WP0901609

Identifikation

Identification

Hersteller

Manufacturer

KERN & SOHN GmbH

Antragsteller

Applicant

Mustermann GmbH
Beispielstraße 1, 12345 Musterort

Prüfverfahren

Test procedure

Entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung
„Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für
nichtselbsttätige Waagen“.
Die Eichung erfolgte für:
Beispielstraße 1, 12345 Musterort

Ergebnis

Result

Das Messgerät entspricht den Anforderungen des
MesseG und der MesseV.
Es hält die Anforderungen der harmonisierten
Norm DIN EN 45501 (1992-11) ein.

Ort und Datum der Eichung

Place and date of verification

Balingen-Frommern, 10.08.2016

Gültigkeit der Eichung bis

This verification is valid until

31.12.2018

Stempelzeichen

Marking



Die Gültigkeit der Eichung erlischt vorzeitig, wenn eine der in §37 Absatz 2 des MesseG beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.

The validity of the verification has ceased to exist if one of the changes listed in §37 section 2 of the MesseG has occurred.

Eichscheine ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Verification certificates without signature and official stamp are not valid. This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum

Place and date

Dienstsiegel

Official stamp

Im Auftrag

On behalf of

Balingen, 10.08.2016

